

|                                             |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer zapytania                             | Z66/5/1                                                                             |
| Tytuł zapytania                             | Dygestorium szczelinowe przeznaczone do praz z substancjami niebezpiecznymi - 2szt. |
| Kupiec prowadzący:                          | Witos, Arkadiusz                                                                    |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Witos, Arkadiusz                                                                    |
| Data złożenia:                              | 2025-02-13 15:20:43                                                                 |
| Waluta:                                     | PLN                                                                                 |

TERMINY W ZAPYTANIU

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-03-06 16:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-03-21 15:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2025-03-19 15:00:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

| Treść zapytania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Dygestorium szczelinowe przeznaczone do praz z substancjami niebezpiecznymi.</li><li>Konstrukcja dygestorium wykonana z profili stalowych zamkniętych pokrytych proszkową farbą epoksydową, samonośna, bez dodatkowego stelaża nośnego.</li><li>Wyposażone w ręcznie przesuwane okno osadzone w ramie z anodowanego aluminium, z funkcją rozsunięcia szyb w poziomie.<br/>Rama okienna zawieszona na chemoodpornych linkach stalowych AISI 304 w powłoce z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem okna. Wszystkie szyby laminowane – bezpieczne zapewniająca możliwość zatrzymania całego okna na zadanym poziomie.</li><li>Przeciwwaga okna umieszczona w boku dygestorium. Dostęp do systemu przeciwwagi musi być zapewniony bez konieczności odsuwania dygestorium od ściany.</li><li>Komora manipulacyjna dygestorium wyposażona w blat z ceramiki monolitycznej umieszczony na wysokości 900 mm od podłogi.</li><li>W suficie kłapa bezpieczeństwa redukująca nadmierne ciśnienie w komorze podczas niekontrolowanego jego wzrostu (np. w przypadku wybuchu).</li><li>Podwójna ściana tylna o grubości 40 mm wykonana z chemoodpornych płyt ceramicznych w taki sposób by efektywnie rozdzielić przepływ powietrza i zapewnić odpowiednie przewietrzenie komory roboczej. Uzupełniona jest o odpowiednią kierownicę umieszczoną w daszku gdzie znajduje się przyłącze wentylacyjne o średnicy 200 mm.</li><li>Dygestorium jest wyposażone w system kontroli przepływu powietrza zgodny z PN-EN 14175 z czujnikiem położenia okna (alarm zbyt wysoko podniesionego okna) oraz wyświetlaniem (LED) aktualnej wartości przepływu (m3/h), alarmami zbyt niskiego i zbyt wysokiego przepływu powietrza, czujnikiem temperatury powietrza w kanale. System kontroli wyposażony w niezależny od napięcia sieciowego, akumulatorowy system podtrzymywania napięcia (alarm zaniku napięcia).</li><li>Wszystkie elementy sterujące, gniazda, pokrętła zaworów, wyłączniki umieszczone na panelach z boku dygestorium. Szerokość paneli 120 mm. Nie dopuszcza się listwy instalacyjne pod blatem. Konstrukcja paneli stalowa w ramce aluminiowej umożliwiającą dostęp lub modyfikacje ilości zaworów lub gniazd.</li><li>Konstrukcja stelażowa dygestorium wykonana z zamkniętych profili stalowych pokrytych proszkową farbą epoksydową.</li><li>Obudowa zewnętrzna dygestorium wykonana z wymiennych płyt HPL o grubości 10 mm. Płyty nie mogą stanowić części konstrukcyjnej dygestorium.</li><li>W podstawie chemoodporna szafka wentylowana w trakcie pracy wyciągu, przeznaczona do przechowywania odczynników.</li></ul> |  |
| <b>Wyposażone i wymiary:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

- gniazda elektryczne – 4 szt. IP 54 230V 16A – w panelu bocznym po lewej stronie,
- oświetlenie komory roboczej LED IP44 umieszczone poza komorą roboczą i sterowane z panelu sterowania dygestorium minimum 18 W,
- wymiary zewnętrzne dygestorium 1800x900x2400 mm,
- wysokość obu wersji dygestorium wraz z podniesionym oknem 2600 mm,
- wymiary wewnętrzne komory minimum 1560x750x1230 mm,
- zasilanie 230V, 50-60Hz.

Proszę aby przed złożeniem oferty firmy chcące wziąć udział w przetargu p[pojawiły się na wizji lokalnej u nas w laboratorium.

#### **Oferta powinna zawierać ;**

- kosztorys szczegółowy z cenami pln/netto w rozbiciu na poszczególne punkty zapytania (osobno: robocizna-usługa; materiały; sprzęt - np. wynajem )

#### **- cenę łączną netto/pln za całość usługi**

- termin realizacji

- warunki płatności

- gwarancję jakości

Ofertę proszę złożyć na platformie zakupowej

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Link: <https://www.dyckerhoff.pl/platforma-zakupowa>

W tytule proszę podać:

" Dygestorium szczelinowe przeznaczone do praz z substancjami niebezpiecznymi - 2 szt"

Oferent obowiązany jest udokumentować doświadczenie w realizacji prac w analogicznym zakresie (co i gdzie wykonywał).

#### **Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej. !!!**

Proszę o terminowe złożenie oferty.

Złożenie oferty po terminie jednoznacznie wyklucza oferenta z udziału w konkursie ofertowym.

W przypadku konieczności uzupełnienia informacji dotyczącej zapytania ofertowego prosimy o kontakt:

**Ola Kosturkiewicz | DJ**

Dyckerhoff Polska sp. z o.o.

Zakładowa 3, 26-052 Nowiny, Poland

Phone: +48 41 346 6220 Mobile: +48 601527195

e-mail: [aleksandra.kosturkiewicz@dyckerhoff.com](mailto:aleksandra.kosturkiewicz@dyckerhoff.com)

Ważne informacje uzupełniające do przetargu ofertowego z którymi należy się zapoznać:

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019r. poz. 1649) informujemy, że: Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach przy ul. Zakładowej 3, 26-052 Nowiny, posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia: 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r z późniejszymi zmianami ).

Załączamy link do ogólnie przyjętego Kodu Postępowania w Koncernie Buzzi Unicem SpA. Wnosimy o zapoznanie

się i jego przestrzeganie w relacjach biznesowych z Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

<https://www.dyckerhoff.pl/kodeks-postepowania>

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | F_Protokół odbioru czesciowego_koncowego.docx                              |
| 2.  | Zalacznik2-Klauzuladotyczacawzajemnegopowierzeniadanych (1).pdf            |
| 3.  | Zalacznik3_ZasadyfunkcjonowaniafirmobcychnaterenieDyckerhoffPolska (1).pdf |
| 4.  | Załącznik 3_Klauzula dotycząca wzajemnego powierzenia danych.docx          |
| 5.  | Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Dostaw i Usług Dyckerhoff Polska.pdf         |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt                                                                             | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|
| 1.  | Dygestorium szczelinowe przeznaczone do praz z substancjami niebezpiecznymi - 2szt. |                    | 2     | szt.            | Wszystkie          |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium    | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|--------------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena         | 0.5  | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |
| 2.  | Jakość usług | 0.5  | Nie                   | Zwyżkowy                  | Nie            |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium                             |
|-----|---------------------------------------|
| 1.  | Termin płatności: 30 dni              |
| 2.  | Miejsce dostawy: siedziba             |
| 3.  | Koszt transportu: po stronie dostawcy |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie      |
|-----|--------------|
|     | Brak pozycji |

## SKŁADANIE OFERT

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | tak |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |